Mode d'emploi

Tournevis

CE

Veuillez lire attentivement ce mode d'emploi avant utilisation.

1. Domaine d'application

Les tournevis s'emploient avec:

les vis du système Security Lock
N° de cde 430 0729 0, 430 0729 1, 430 0729 2, 430 0729 3, 430 0729 4, 430 0729 5
les vis en titane N° de cde 330 0070 0, 330 0116 0, 330 0K70 0, 330 K116 0
les vis à tête sphérique vks-oc sphères remplaçables N° de cde 450 0004 7, 450 0005 6
sont inclus dans le jeu d'instruments N° de cde 330 0060 0 330 0001 6
sont fournis avec le connecteur vissé pour bridges OC N° de cde 430 0730 2
sont inclus dans le jeu de vis préfabriquées N° de cde 430 0735 1
sont inclus dans les sphères interchangeables vks-oc/sg 1,7 N° de cde 450 0005 8, 450 0006 1
sont inclus dans les sphères interchangeables vks-oc/sg 2,2 N° de cde 450 0004 5, 450 0004 9

2. Mise en oeuvre

2.1 Tournevis court

Le tournevis court sert à fixer les vis mentionnées au point 1, aussi bien sur le modèle qu'en bouche. Lors d'une utilisation en bouche, il faut attacher le tournevis à une chaîne de sécurité que l'on passe au poignet afin d'éviter toute aspiration. Dans ce cas, le couple ne doit pas dépasser 20 Ncm. Le manche rainuré du tournevis court possède une autre fonction: par l'ouverture à quatre pans, on peut retirer la vis de fixation de la partie filetée après la coulée (Security Lock, Connecteur vissé pour bridge OC, jeu de vis préfabriquées).

2.2 Tournevis long

Le tournevis long s'emploie pour fixer les vis mentionnées au point 1, aussi bien sur le modèle qu'en bouche. Il ne faut pas dépasser un couple de 20 Ncm.

2.3 Tournevis contre-angle

Le tournevis contre-angle s'emploie pour fixer en bouche les vis mentionnées au point 1. Avec ce tournevis, il est conseillé d'utiliser un contrôleur de couple doté d'un couple de 20 Ncm. Une valeur supérieure peut cisailler le tournevis contre-angle ou la vis.

2.4 Tournevis vis à tête sphérique

Ce tournevis permet de visser les sphères interchangeables des vis à tête sphérique vks oc/sg 1,7 aussi bien sur le modèle qu'en bouche. Ne pas dépasser un couple de 20 Ncm.

2.5 Observation

En cas d'utilisation non conforme ou de dépassement du couple conseillé. Bredent dégage toute responsabilité.

3. Conseils de désinfection

Les tournevis peuvent être désinfectés, nettoyés et stérilisés comme tous les instruments rotatifs.

4. Stockage et conservation

Les tournevis doivent être stockés au sec, dans un porte-fraises ou un tiroir.

5. Observations diverses

Les données contenues dans ce mode d'emploi sont constamment révisées en fonction des dernières connaissances et expériences acquises. Nous conseillons donc de relire ce mode d'emploi avant d'entamer un nouveau coffret.

Ce mode d'emploi concerne le jeu de tournevis N° de cde 330 0081 0, le tournevis court N° de cde 330 0069 0, le tournevis long N° de cde 330 0081 2, le tournevis contre-angle N° de cde 330 0081 3, le tourne vis pour vis à tête sphérique vks-oc/sg 1,7 N° de cde 330 0116 4.

édition: 19.05.04/0F